

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	VITROS IPTH REAGENT
NO. IDENTIFICACIÓN	ARD-011216
CATEGORIA	II
AREA	ENDOCRINOLOGIA
LOTES DEL REACTIVO	6802892/6802893.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2010RD-0001839
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	REACTIVOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE LA HORMONA PARATIROIDEA INTACTA (iPTH) EN SUERO Y PLASMA HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, INC. Nombre importador: JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Resultados sesgados positivamente usando el paquete de inmunodiagnóstico VITROS@Intact PTH.
FUENTE	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
FECHA DE NOTIFICACION	06/12/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.