

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta asociado a:

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i> | VITROS IPTH CALIBRATOR |
| NO. IDENTIFICACIÓN | ARD-010217 |
| CATEGORIA | II |
| AREA | ENDOCRINOLOGIA |
| LOTES DEL REACTIVO | Referencia 6802893 |
| REGISTRO SANITARIO | INVIMA 2010RD-0001839. |
| INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS | REACTIVO EMPLEADO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE LA HORMONA PARATIROIDEA INTACTA (IPTH), EN SUERO Y PLASMA HUMANO. |
| NOMBRE DEL FABRICANTE | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, INC. Nombre importador: JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA. |
| DESCRIPCION DEL PROBLEMA | Resultados sesgados positivamente usando el paquete inmunodiagnóstico VITROS Intact PTH. |
| FUENTE | JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA. |
| FECHA DE NOTIFICACION | 03/02/2017 |

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.