



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	NUCLISEN EASYMAG EXTRACTION
NO. IDENTIFICACIÓN	I-RD-02-03-14
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Z014GA1LB
REGISTRO SANITARIO	2009RD-0001366
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Soluciones utilizadas como amortiguadores y diluentes que junto con los reactivos permiten determinaciones en muestras de origen humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Biomeriux S.A.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presenta problemas en el etiquetado con la fecha de caducidad equivocada.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-NucliSENS-EasyMAG-tampon-de-lyse-biologie-moleculaire-Biomerieux-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	20 de Marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3706 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co

