



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ZYM B.
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-02-11-13.
REFERENCIA DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	70493.
REGISTRO SANITARIO	2006RD-0000289.
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Este producto se utiliza para realizar pruebas microbiológicas.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Biomerieux S.A
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Donde se identificó un defecto en el aspecto y la actividad del reactivo, utilizado para revelar ciertas pruebas bioquímicas de las siguientes referencias de API: 20 Strep: referencia 20600 Coryne: referencia 20900 Staph: referencia 20500 ZYM: referencia 25200 NH: referencia 10400 NH Listeria referencia 10300
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-ZYM-B-Galeries-API-bacteriologie-Biomerieux-Rappel
FECHA DE NOTIFICACION	28 de noviembre de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1