



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	CREATININA PAP FS.
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-05-10-13.
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	17990.
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000327.
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Este producto se utiliza para realizar pruebas de química sanguínea.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Diasys Diagnostics Systems GMBH.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presenta resultados erróneos.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-Creatinine-PAP-FS-DiaSys-Rappel
FECHA DE NOTIFICACION	31 de octubre de 2013.

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co