



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:**

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS PERFORMANCE VERIFIER II.
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	I-RD-01-09-13.
<b>LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	P2765.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2007RD-0000296.
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Controles para supervisar el rendimiento de los analizadores Vitros.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Ortho Clinical Diagnostics, INC
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Problemas con los valores de los sesgos
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Echantillons-de-contrôle-Performance-Verifier-II-Ortho-Clinical-Diagnostics-Information-de-securite">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Echantillons-de-contrôle-Performance-Verifier-II-Ortho-Clinical-Diagnostics-Information-de-securite</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	03 de septiembre de 2013

**RECOMENDACIÓN:**

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)