



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	MGIT MYCOBACTERIA GROWTH INDICATOR TUBES (TUBE BACTEC MGIT).
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-05-09-13.
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	3053239.
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000335
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Este producto se utiliza para observar el crecimiento bacteriano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Becton Dickinson and company
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Fallas en el etiquetado (código de barra incorrecto).
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Tubes-BBL-MGIT-Becton-Dickinson-Rappel
FECHA DE NOTIFICACION	30 de septiembre de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co