



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:**

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	IMMULITE IL2R.
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	I-RD-03-12-13.
<b>LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	219, 220, 226, 227, 228 y 229.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2007RD-0000403.
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Reactivos, controles y calibradores utilizados en la determinación de analitos del área de Inmunología a partir de muestras de origen humano.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Presentan resultados falsamente bajos.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-IL2R-pour-les-systemes-Immunites-2000-et-2000XPI-immunologie-Siemens-Information-de-securite">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-IL2R-pour-les-systemes-Immunites-2000-et-2000XPI-immunologie-Siemens-Information-de-securite</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	10 de diciembre de 2013.

**RECOMENDACIÓN:**

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)