

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ALERE TRIAGE BNP TEST.
NO. IDENTIFICACIÓN	I-RD-01-04-14.
LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	329599, 331265, K329599 y K331265.
REGISTRO SANITARIO	2008RD-0000769.
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Reactivos, controles y calibradores utilizados para la determinación de analitos del área de química sanguínea a partir de muestras de origen humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Alere San Diego INC.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presentan resultados de los controles fuera del rango establecido.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Alere-Triage-BNP-test-Alere-biochimie-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	01 abril 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.