

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ICHEM VELOCITY URINE CHEMISTRY TEST STRIPS (TIRAS DE QUIMICAS URINARIAS)
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-01-04-14
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	7204051B
REGISTRO SANITARIO	2009RD-0001277
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Reactivos empleados en el área de uroanálisis para la determinación y verificación de los analitos en muestras de orinas.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Iris Diagnostics.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presenta resultados falsos negativos.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Bandelettes-urinaires-iChem-Velocity-Urine-Chemistry-Strips-Beckman-biochimie-Rappel
FECHA DE NOTIFICACION	01 de abril de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co