



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	STAPHYLOSLIDE LATEX TEST.
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-01-01-14.
LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	1298966.
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000335.
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Producto utilizado para observar crecimiento bacteriano y las pruebas de sensibilidad a antibióticos.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Becton Dickinson and Company
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presenta resultados falsos negativos con bajas cepas clínicas de <i>Staphylococcus aureus</i> .
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Trousse-BBL-Staphyloslide-Latex-BD-Diagnostics-Rappel
FECHA DE NOTIFICACION	22 de Enero de 2014.

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co