

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	VIDAS CORTISOL S REF 30451.
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-01-11-14.
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	1003380350.
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000464.
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación cuantitativa del analito relacionados en muestras de suero o plasma humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Biomerieux, INC
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	La cantidad de materias primas presentes en la composición del conjugado es incorrecta.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-Vidas-Cortisol-S-biochimie-Biomerieux-Rappel-de-lot
FECHA DE NOTIFICACION	24 de noviembre de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co