

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

|                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i> | IMMULITE CORTISOL (COR).                                                                                                                                                                |
| NO. IDENTIFICACIÓN                                 | I-RD-01-10-14.                                                                                                                                                                          |
| LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>  | 381, 382 y 383.                                                                                                                                                                         |
| REGISTRO SANITARIO                                 | 2006RD-0000064.                                                                                                                                                                         |
| INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS                    | Este producto es utilizado para pruebas endocrinas en muestras procedentes de cuerpo humano.                                                                                            |
| NOMBRE DEL FABRICANTE                              | Siemens Healthcare Diagnostics INC.                                                                                                                                                     |
| DESCRIPCION DEL PROBLEMA                           | Presenta sesgos positivos.                                                                                                                                                              |
| FUENTE                                             | <a href="http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41629r-eng.php">http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41629r-eng.php</a> |
| FECHA DE NOTIFICACION                              | 24 de septiembre de 2014                                                                                                                                                                |

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá, ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)