

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ClearBlue Compact y ClearBlue CB6
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-010915
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Todos los lotes
REGISTRO SANITARIO	2006RD-0000237
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Casette reactivo utilizado para la detección de Gonadotropina Corionica humana (HCG) en muestras de origen humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	IVERNESS MEDICAL (SHAGAI) Co Ltda. ALERE (SHANGAI) DIAGNOSTICS.
	IMPORTADOR: NOVARTIS
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Retiro voluntario del importador ante la imposibilidad de modificación del inserto
FUENTE	Reporte NOVARTIS
FECHA DE NOTIFICACION	27/08/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co