

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	CHIMIE URINARIE CHEM 10SG
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-03-01-15
LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	510033A, 510034A, 510035A, 510035B
REGISTRO SANITARIO	2006RD-0000113
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación de los analitos relacionados en muestras procedentes del organismo humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	ROCHEM BIO CARE COLOMBIA S.A.S.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Aumento de la sensibilidad en las tiras de orina para la detección correspondiente 25 GB/ul
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Bandelettes-de-chimie-urinaire-iChem-10-SG-Iris-Diagnostics-Rappel-de-lots
FECHA DE NOTIFICACION	07/01/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co