

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	LIASON ESTRADIOL II GEN
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-010215
LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	129542XA, 130436XA, 130578XA, 130578XB, 131125XA, 131416XA, 131606XB
REGISTRO SANITARIO	2013RD-0002579
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación del analito relacionado en muestras procedentes del organismo humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	DIASORIN S. P. A.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Traducción incorrecta del francés que afecta donde se transcribió significado del estradiol en lugar de mediana de estradiol (pg./ml)
FUENTE	http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/43401r-eng.php
FECHA DE NOTIFICACION	02/02/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co