

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Recall asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Agar CLED
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-020315
REFERENCIA DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Lote: 1411111100
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000430
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Medios de cultivo para crecimiento bacteriano de muestras procedentes del cuerpo humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	BioMérieux
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Identificación de contaminación de este lote
FUENTE	ANVISA. http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=1539
FECHA DE NOTIFICACION	27/03/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co