

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Cuchilletos para Microcirugía LASEREDGE
NO. IDENTIFICACIÓN RISARH	R1602-64
REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO	E7515, lote MAKY320
REGISTRO SANITARIO	2013DM-0010212
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Cuchilletos para microcirugías
NOMBRE DEL FABRICANTE	Bausch & Lomb Incorporated
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	El fabricante informa que ha detectado que posiblemente el lote citado pueda contener cuchilletos de otra referencia (E7556A) en lugar de los marcados en el empaque, conllevando a que potencialmente se presenten retrasos en los procedimientos quirúrgicos.
FUENTE	Importador
FECHA DE NOTIFICACION	18 de Febrero de 2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co