

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Transport PROBACT TECHNICAL SERVICE CONSULTANTS
NO. IDENTIFICACIÓN RISARH	I1607-313
REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO	TS/5-17, lote 49947.
REGISTRO SANITARIO	2015DM-0014203
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Recolección y transporte de muestras clínicas. Muestras bacteriológicas solamente.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Technical Service Consultants Ltd
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	El fabricante afirma que ha detectado un problema de etiquetado referente a la fecha de caducidad, conllevando a que se presenten posibles confusiones y eventos adversos sobre los pacientes.
FUENTE	https://mhra.filecamp.com/public/file/2ffj-uogm8go4
FECHA DE NOTIFICACION	29 de Julio de 2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co