

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	RET-SEARCH (II) (RED-300)
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RRD-050316
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	Referencia: 98416211. Lote: ZD5013
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2006RD-0000003
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	Tinción de reticulocitos en los analizadores de Hematología automatizados Sysmex.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	SYSMEX CORPORATION IMPORTADOR: PRODUCTOS ROCHE S.A.
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	El kit que contiene los reactivos denominados "Retsearch diluent (1L)" y "Retsearch Dye (12mL)" puede estar incompleta. Por lo tanto, casa matriz solicita la devolución de estos lotes en caso de observar las cajas incompletas, para su respectivo recambio.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-Ret-SearchEARCH-II-SYSMEX-Information-de-securite">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-Ret-SearchEARCH-II-SYSMEX-Information-de-securite</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	11/03/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)