

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de producto del mercado asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	WELLCOLEX COLOUR SHIGUELLA
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RDR1708-85
<b>CATEGORÍA</b>	II
<b>ÁREA</b>	MICROBIOLOGIA
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	<b>Referencia:</b> R30858401 <b>Lotes:</b> 2130764, 2110576, 2143553 y 2143554.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2007RD-0000658
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	UTILIZADOS PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	REMEL EUROPE LIMITED <b>Nombre del Importador:</b> QUIMICOS Y REACTIVOS LTDA "QUIMIREL LTDA"
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>	La Agencia Sanitaria notifica que THERMO SCIENTIFIC REMEL, identificó en una investigación interna que los lotes: 1980287 y 2131560 que se venden en el código del producto R30858401 (Lotes: 1991413, 2130764, 2110576, 2143553 y 2143554), están generando falsos negativos.
<b>FUENTE</b>	<a href="https://mhra.filecamp.com/public/file/2nqh-o2idl03p">https://mhra.filecamp.com/public/file/2nqh-o2idl03p</a>
<b>FECHA DE REPORTE</b>	30/08/2017

## RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co)