

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

**NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO *IN VITRO*** ADVIA CHEMISTRY LACTATE DEHYDROGENASE L-P

**NO. IDENTIFICACIÓN** IRD-050217.

**CATEGORIA** II

**AREA** QUIMICA SANGUINEA

**LOTES DEL REACTIVO**

Código test	Referencia	Código (SMN)	Lotes
LDLP	07502115 (40ml)	10309501 (40ml)	Todos
	03029628 (70ml)	10341128 (70ml)	
LDPL	07502999 (40ml)	10309502 (40ml)	Todos
	03030863 (70ml)	10341129 (70ml)	

**REGISTRO SANITARIO** INVIMA 2015RD-0003400, INVIMA 2016RD-0004032

**INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS** DETERMINACION DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.

**NOMBRE DEL FABRICANTE** SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC.  
**Nombre del importador:** SIEMENS S.A.

**DESCRIPCION DEL PROBLEMA** La Agencia Sanitaria notifica que SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, realiza actualización de las instrucciones de uso para los reactivos que determinan el lactato deshidrogenasa L-P (LDLP) y lactato deshidrogenasa P-L (LDPL).

**FUENTE** <https://mhra.filecamp.com/public/file/2k6v-ao000qmu>

**FECHA DE NOTIFICACION** 28/02/2017

## RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co).