

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

**NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO *IN VITRO*** VITROS CHEMISTRY PRODUCTS LI SLIDES

**NO. IDENTIFICACIÓN** IRD-090217

**CATEGORIA** II

**AREA** QUIMICA SANGUINEA

**LOTES DEL REACTIVO**

<i>Referencia</i>	<i>Lote</i>
1632660, 8318925	3124-0108-6568 31240108-6569

**REGISTRO SANITARIO** INVIMA 2007RD-0000300

**INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS** REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANALITOS QUIMICOS A PARTIR DE MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO.

**NOMBRE DEL FABRICANTE** ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS.  
**Nombre importador:** ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S. Y JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

**DESCRIPCION DEL PROBLEMA** ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS identificó el potencial de imprecisión intermitente en resultados generados utilizando dos lotes de SLIDES de VITROS Litio mencionados anteriormente.

**FUENTE** [ORTH-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S.](http://www.ortho-clinical.com)

**FECHA DE NOTIFICACION** 16/02/2017

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co).