

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	AGAR SANGRE (Tripticas soya+5% sangre de cordero)
CATEGORIA	II
AREA	MEDIOS DE CULTIVO
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-020217
LOTES DEL REACTIVO	1604112739
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2007RD-0000430
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	UTILIZADOS COMO MEDIOS DE CULTIVO PARA CRECIMIENTO BACTERIANO DE MUESTRAS PROCEDENTES DEL CUERPO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	BIOMERIEUX S.A. Nombre del importador: BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	La Agencia Sanitaria notifica que BIOMERIEUX, informa que por lo menos el 1% del total de unidades fabricadas del lote relacionado en la tabla anterior se encuentra con contaminación bacteriana, siendo el total fabricado, 90910 unidades de medios de cultivos.
FUENTE	http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=33868&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=alerta-2073-tecnovigilancia-biomeriux-agar-sangue-contaminacao-bacteriana&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=3214481&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
FECHA DE NOTIFICACION	03/02/2017

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co