

# RECALL

## DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

**El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto del Mercado asociado a:**

<b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Maquinas para Diálisis BAXTER
<b>NO. IDENTIFICACIÓN RISARH</b>	R1707-272
<b>REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	HOMECHOICE CLARIA APD CYCLER DUAL POWER, seriales específicos.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2008EBC-0002066
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Para efectuar diálisis peritoneal.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Baxter Healthcare S.A. Baxter Healthcare Corporation
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	El fabricante ha identificado que algunos botones del termopar de calefacción están levantados en lugar de estar montados al ras del retenedor, los dispositivos afectados fueron distribuidos a partir del 13/Sep/2016, conllevando a que se presenten posibles retrasos en el procedimiento del paciente.
<b>FUENTE</b>	Importador
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	12 de Julio de 2017

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)