

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	BRILLIANCE ESBL AGAR
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RDI1706-35
<b>CATEGORÍA</b>	II
<b>ÁREA</b>	MICROBIOLOGIA
<b>REFERENCIA Y LOTES DEL REACTIVO</b>	Código PO1265E <b>Lote</b> :1560616
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2014RD-0003120
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	DETERMINACIÓN DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	THERMO FISCHER SCIENTIFIC INC <b>Nombre del Importador:</b> QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S- QUIMIREL.
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>	La Agencia Sanitaria notifica que en una investigación interna se identificó que el lote del producto relacionado en la tabla anterior, fue sometido a condiciones de almacenamiento (temperatura y tiempo) no previstas durante el transporte, lo que pudo afectar la vida útil del producto. Sin embargo no se ha tenido evidencia de un efecto perjudicial sobre el rendimiento de este producto.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-milieu-geloses-en-boites-references-multiples-Thermo-Scientific-Oxoid-Rappel">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-milieu-geloses-en-boites-references-multiples-Thermo-Scientific-Oxoid-Rappel</a> .
<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN</b>	15/06/2017

**RECOMENDACIÓN:** En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co)