

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta Sanitaria asociada a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	MINICAP PROTEIN(E) 6
NO. IDENTIFICACIÓN	RDA1709-97
CATEGORÍA	II
ÁREA	BIOLOGIA MOLECULAR
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Número de producto: 2203 Lote: 05096/02
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2008RD-0000866
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	ESTOS PRODUCTOS SON UTILIZADOS EN BIOLOGIA MOLECULAR PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	SEBIA Nombre del Importador: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	LA AGENCIA SANITARIA NOTIFICA QUE SEBIA EN INVESTIGACIONES REVELARON UN ERROR HUMANO EN EL EMPAQUE DE LOS KITS DEL LOTE MENCIONADO ANTERIORMENTE, ES ERRÓNEO.
FUENTE	https://mhra.filecamp.com/public/file/2nyz-jimb2jo5
FECHA DE REPORTE	19-09-2017

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico reactivovigilancia@invima.gov.co