

**INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de seguridad asociado a:**

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	NEOLSD™ MSMS KIT
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RDI1709-88
<b>CATEGORÍA</b>	II
<b>ÁREA</b>	INMUNOLOGÍA
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO REGISTRO SANITARIO</b>	<b>Referencia:</b> 3093-0010. <b>Lote:</b> 654779 INVIMA2012RD-0002320
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	MEDICION Y EVALUACION DE CONCENTRACIONES DE AMINOACIDOS EN MUESTRAS DE SANGRE DE RECIEN NACIDOS
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	WALLAC OY - PerkinElmer <b>Nombre del Importador:</b> ROPSOHN THERAPEUTICS.
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>	SE ENCONTRÓ UN ERROR EN LAS VERSIONES FRANCESA, ALEMANA, ITALIANA Y ESPAÑOLA DEL PAQUETE 13908212 DEL KIT MSDS DE NeoLSD, VERSIÓN 2, EN DONDE LA ESTABILIDAD MOSTRADA EN EL INSERTO ES INCORRECTA.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-NeoLSD-MSMS-Kit-PerkinElmer-Life-and-Analytical-Sciences-Information-de-securite">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Reactif-NeoLSD-MSMS-Kit-PerkinElmer-Life-and-Analytical-Sciences-Information-de-securite</a>
<b>FECHA DE REPORTE</b>	04-09-2017

## RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co)