

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO *IN VITRO* ABON BAR (BARBITURICOS) y ABON COC (COCAINA)

NO. IDENTIFICACIÓN RDI1805-201

CATEGORÍA II

ÁREA TÓXICO-FARMACOLOGÍA

REFERENCIAS DEL REACTIVO

Reactivo	Referencias	Lote
ABON BAR (BARBITURICOS)	DCO-102	COC7120023
ABON COC (COCAINA)	DBA-102	BAR7120006

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011RD-0002017

INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS

Se presentó un error involuntario durante el acondicionamiento local (empacado) en el producto ABON COC (COCAINA) Ref.: DCO-102, Lote COC7120023 el cual fue empacado en las cajas plegadizas del producto ABON BAR (BARBITURICOS) Ref.: DBA-102, lote: BAR7120006, y 6 kits fueron liberados al mercado.

NOMBRE DEL FABRICANTE Fabricante: ABON BIOPHARM

Importador: ALERE COLOMBIA S.A

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se presentó un error involuntario durante el acondicionamiento local (empacado) en el producto ABON COC (COCAINA) Ref.: DCO-102, Lote COC7120023 el cual fue empacado en las cajas plegadizas del producto ABON

BAR (BARBITURICOS) Ref.: DBA-102, lote: BAR7120006, y
6 kits fueron liberados al mercado.

FUENTE ALERE COLOMBIA S.A
FECHA DE REPORTE 18/05/2018.

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico reactivovigilancia@invima.gov.co