



# ALERTA SANITARIA

## Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 122-2019  
Bogotá, 28 Agosto 2019

### Guantes de látex para examen con/sin polvo Qualimaxx

<b>Nombre del producto:</b>	Guantes de látex para examen con/sin polvo Qualimaxx
<b>Registro sanitario:</b>	2011DM-0008408
<b>Titular del registro</b>	Globe Colombia S.A.S Globecol S.A.S
<b>Fabricante(s) / Importador(es):</b>	Tan Sin Lian Industries Sdn Bhd, Guangzhou Beiji Medical Plastic Finished Products Co Ltd
<b>Referencia(s) / Código(s):</b>	Talla M
<b>Lote(s) / Serial(es):</b>	81027041
<b>Fuente de la alerta</b>	Invima
<b>No. Identificación interno</b>	DR1908-912

Dentro de las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, en su programa Demuestra la Calidad, se evidenciaron resultados no conformes para el ensayo de ausencia de orificios del dispositivo médico referenciado, esta falla de calidad podría generar la presentación de eventos adversos serios sobre los pacientes, motivo por el cual se solicitó retirar el producto del mercado.

## **Indicaciones y uso establecido**

Guantes de látex estériles para cirugía con/sin polvo un guante de cirugía es un dispositivo desechable de látex de caucho natural que puede o no puede llevar en polvo para facilitar la colocación, y es destinado a ser llevado en las manos, por lo general en los entornos quirúrgicos, para proporcionar una barrera contra materiales potencialmente infecciosos y otros contaminantes guantes de látex para examen con/sin polvo un guante de látex para examinar pacientes es un dispositivo desechable de látex de caucho natural que puede o no puede llevar una pequeña cantidad de polvo residual para facilitar la colocación, y es destinado a ser llevado en las manos para fines médicos para proporcionar una barrera contra materiales potencialmente infecciosos y otros contaminantes.

## **Medidas para la comunidad en general**

1. Si está utilizando el producto referenciado, suspenda su uso y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador, para precisar las acciones a seguir.
2. Para verificar si el producto cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web [www.invima.gov.co](http://www.invima.gov.co)/consulte el registro sanitario o a través del enlace que encuentra al final de la alerta.

## **Medidas para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales**

1. Realice las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.
2. Informe al Invima en caso de hallar el producto involucrado.

## **Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud – IPS y profesionales de la salud**

1. Absténgase de utilizar el citado dispositivo médico.
2. Ponga en cuarentena el dispositivo médico referenciado, en el evento de encontrar existencias y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador.
3. Reporte los eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo medico involucrado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

## **A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores**

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por fabricante.
2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, abstener de distribuir y comercializar el producto involucrado, hasta tanto logre implementar el plan de acción dispuesto por fábrica.
3. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

## **Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia**

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos o incidentes adversos que involucren el dispositivo médico referenciado y se notifiquen al Invima.

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:**

tecnovigilancia@invima.gov.co

**En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.**

- [Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
- [Consultar registros sanitarios](#)

### **Realizar reportes en línea de eventos adversos**

- [Farmacovigilancia](#)
- [Reactivovigilancia](#)
- [Tecnovigilancia](#)