



La salud
es de todos

Minsalud

ALERTA SANITARIA

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 181-2020
Bogotá, 01 Diciembre 2020

Catéteres balón de dilatación gastroendoscópicos Boston Scientific

Nombre del producto: Catéteres balón de dilatación gastroendoscópicos Boston Scientific

Registro sanitario: 2016DM-0015649

Titular del registro: Boston Scientific Corporation

Fabricante(s) / Importador(es): Boston Scientific Corporation, Boston Scientific Limited, Techdevice Corporation.

Referencia(s) / Código(s): Hurricane RX Biliary Balloon Dilatation Catheter - M00545920

Lote(s) / Serial(es): 25623390, 25678837, 25497469, 25509414, 25739155, 25649820, 25509441, 25739166

Fuente de la alerta: Importador

No. Identificación interno: DR2009-01085

Descripción del caso

En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos:

[notificación BSC alerta DR2009-01085.pdf](#)

El fabricante ha detectado un aumento de desprendimientos en el eje del catéter, correspondiente al componente del túnel RX (funda negra), por lo cual solicitó el retiro del producto del mercado, pues su uso podría conllevar a retrasos en los procedimientos, hemorragias, daño tisular y la

presentación de eventos adversos sobre los pacientes.

Indicaciones y uso establecido

Dilatación endoscópica de estenosis y/o diferentes procesos obstructivos a nivel del sistema digestivo. Indicación específica: según el manual de instrucciones o inserto de cada producto.

Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto referenciado, suspenda su uso y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador, para precisar las acciones a seguir.
2. Para verificar si el producto cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte el registro sanitario o a través del enlace que encuentra al final de la alerta.

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud

1. Absténgase de utilizar el citado dispositivo médico.
2. Ponga en cuarentena el dispositivo médico referenciado, en el evento de encontrar existencias y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador.
3. Reporte los eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico involucrado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, abstenerse de distribuir y comercializar el producto involucrado, hasta tanto logre implementar el plan de acción dispuesto por fábrica.
3. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos o incidentes adversos que involucren el dispositivo médico referenciado y se notifiquen al Invima.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:

tecnovigilancia@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

- **Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias**
- **Consultar registros sanitarios**

Realizar reportes en línea de eventos adversos

- **Farmacovigilancia**
- **Reactivovigilancia**
- **Tecnovigilancia**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

