



La salud  
es de todos

Minsalud

# ALERTA SANITARIA

## Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 285-2021  
Bogotá, 03 Noviembre 2021

### Sondas para nutrición enteral Cair Lgl

---

**Nombre del producto:** Sondas para nutrición enteral Cair Lgl

**Registro sanitario:** 2021DM-0022822

**Titular del registro:** Hb Supplier S.A.

**Fabricante(s) / Importador(es):** Cair Lgl

**Referencia(s) / Código(s):** NCE06PU

**Lote(s) / Serial(es):** 20G13-TX

**Fuente de la alerta:** Importador

**No. Identificación interno:** DR2108-01258

---

#### Descripción del caso

El fabricante informa que ha detectado que algunos de los dispositivos referenciados presentan un color amarillento no uniforme en una sección de la sonda de poliuretano. Esta situación podría generar la presentación de incidentes o eventos adversos sobre los pacientes, por lo tanto, se ha solicitado retirar el producto del mercado.

#### Indicaciones y uso establecido

Las sondas de nutrición enteral NUTRICAIR (gástricas, duodenales y yeyunales) con ENFIT son dispositivos médicos destinadas a la administración de soluciones enterales para la hidratación,

alimentación y/o administración de fármacos por vía enteral, a corto o medio plazo, para las poblaciones de pacientes de neonatología, pediatría y adultos. Vienen con empalme ENFIT para su acople a sistema de gravedad o bomba de infusión. Accesorios para sondas enterales con ENFIT. Son dispositivos médicos estériles desechables.

### **Medidas para la comunidad en general**

1. Si está utilizando el producto referenciado, suspenda su uso y consulte a su médico o comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador, para precisar las acciones a seguir.
2. Para verificar si el producto cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web [www.invima.gov.co](http://www.invima.gov.co)/consulte el registro sanitario o a través del enlace que encuentra al final de la alerta.

### **Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud**

1. Absténgase de utilizar el citado dispositivo médico.
2. Ponga en cuarentena el dispositivo médico referenciado, en el evento de encontrar existencias y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador.
3. Reporte los eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico involucrado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

### **A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores**

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, abstenerse de distribuir y comercializar el producto involucrado, hasta tanto logre implementar el plan de acción dispuesto por fábrica.
3. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

### **Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia**

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos o incidentes adversos que involucren el dispositivo médico referenciado y se notifiquen al Invima.

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:**

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

- [Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
- [Consultar registros sanitarios](#)

#### Realizar reportes en línea de eventos adversos

- [Farmacovigilancia](#)
- [Reactivovigilancia](#)
- [Tecnovigilancia](#)