

# ALERTA SANITARIA

## Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 366-2023  
Bogotá, 25 octubre 2023

### GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA

---

**Nombre del producto:** GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA

**Registro sanitario:** INVIMA 2022RD-0007430

**Presentación comercial:** Kit: R1 Tampón, R2 NADP, R3 Sustrato y R4 Digitonina

**Fabricante(s) / Importador(es):** SPINREACT, S.A.U / ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S

**Referencia(s) / Código(s):** 1001420

**Lote(s) / Serial(es):** 492A y 492B

**Fuente de la alerta:** ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S

**No. Identificación interno:** RDR2310-00249

---

### Descripción del caso

En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos:

[COMUNICADO ANNAR RDR2310-00249.pdf](#)

El fabricante SPINREACT notifico que los reactivos mencionados muestran una baja tasa de cambio de absorción en el R2 NADP y el sustrato R3, lo que resulta en casos de reacción baja o nula, evidenciando una recuperación de control de calidad baja para el objetivo y el paciente, mostrando resultados por debajo del rango normal en eritrocitos 245-299 mU/109 y 6,97-20,5 U/g Hb (+37°C)

## **Medidas para la comunidad en general**

1. Si está utilizando el producto referenciado comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.
2. Para verificar si el producto que usted está utilizando cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web [www.invima.gov.co/consulte](http://www.invima.gov.co/consulte) o a través de este enlace <https://bit.ly/3kXpmyk>.
3. En este enlace <https://farmacoweb.invima.gov.co/ReactivoVigilanciaWeb/faces/crearReporteUsuario.xhtml> reporte al Programa Nacional de Reactivovigilancia los eventos e incidentes asociados a la utilización del reactivo referenciado.

## **Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud**

1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y le indique el plan de acción a seguir, en caso de no lograrlo comuníquese con el Invima.
2. Reportar al Programa Nacional de Reactivovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del reactivo referenciado.

## **A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores**

1. Comuníquese con el importador para que le indique el plan de acción dispuesto por fábrica.
2. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
3. Reporte los eventos e incidentes asociados a la utilización del Reactivo referenciado, al Programa Nacional de Reactivovigilancia del Invima.

## **Medidas para la Red Nacional de Reactivovigilancia**

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Reactivovigilancia se realice la búsqueda activa de los eventos e incidentes que involucren el producto referenciado y se notifiquen al Invima.

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:**

[-reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:-reactivovigilancia@invima.gov.co)

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

- [Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
- [Consultar registros sanitarios](#)

#### Realizar reportes en línea de eventos adversos

- [Farmacovigilancia](#)
- [Reactivovigilancia](#)
- [Tecnovigilancia](#)