



Alerta Sanitaria

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 314-2025
Bogotá, 16 octubre 2025

KICK 2 NAVIGATION STATION - ESTACIÓN DE NAVEGACIÓN KICK 2

Nombre del producto: KICK 2 NAVIGATION STATION - ESTACIÓN DE NAVEGACIÓN KICK 2

Registro sanitario: INVIMA 2023DM-0027776

Presentación comercial: INDIVIDUAL

Titular del registro: BRAINLAB AG

Fabricante(s) / Importador(es): BRAINLAB AG / SALES & MARKETING NETWORK S.A.S.

Referencia(s) / Código(s): KOLIBRÍ, VECTOR VISION y CURVE

Fuente de la alerta: IMPORTADOR

No. Identificación interno: DA2509-00657

Descripción del caso




SALES & MARKETING NETWORK S.A.S. ha informado sobre el ingreso irregular y la comercialización fraudulenta de equipos de la marca BRAINLAB, específicamente de los modelos KOLIBRÍ, VECTOR VISION y CURVE.

Adicionalmente, se informa que los modelos KOLIBRÍ y VECTOR VISION corresponden a tecnologías declaradas en obsolescencia, fuera de servicio, sin actualizaciones de software, sin mantenimiento calificado, y sin el respaldo del fabricante ni la trazabilidad exigida por las autoridades competentes.

Se aclara que la empresa SAMN – SALES & MARKETING NETWORK S.A.S. es la única empresa autorizada en Colombia para la importación, comercialización, representación, capacitación, mantenimiento y soporte técnico de los sistemas de navegación quirúrgica (neuronavegadores) y demás tecnologías médicas de la marca BRAINLAB, amparadas con los registros sanitarios INVIMA 2023DM-0027776 e INVIMA 2023DM-0027779.

Esta situación representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores. En consecuencia, se advierte a la ciudadanía que la comercialización de dichos equipos no autorizados podría corresponder a sistemas adulterados o fraudulentos, ingresados de manera irregular al país. Esto implica una amenaza a la integridad y seguridad de los pacientes, compromete la calidad de los procedimientos médicos y puede generar potenciales responsabilidades médico-legales para las instituciones que adquieran o utilicen dichos equipos.

Por último, para referencia de los usuarios, se comparte la evidencia fotográfica de los equipos fraudulentos:





Indicaciones y uso establecido

La estación de navegación KICK 2 es un dispositivo de hardware utilizado para cirugía. El hardware aloja una o más aplicaciones de software de BRAINLAB, incorpora una computadora y una unidad de visualización para facilitar la visualización, intercambio, procesamiento e interacción con los datos y el seguimiento para fines de cirugía guiada por imágenes (IGS).

Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto referenciado suspenda su uso y comuníquese con la secretaría de salud de su territorio, en caso de no lograrlo, comuníquese con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace <https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/> los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud

1. Si está utilizando el producto referenciado suspenda su uso y comuníquese con la secretaría de salud

de su territorio, en caso de no lograrlo, comuníquese con el Invima.

2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace <https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/> los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

1. Si tiene conocimiento de la distribución y venta del producto referenciado comuníquese con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos e incidentes que involucren el producto referenciado y se notifiquen al Invima.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:

tecnoyreactivo@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

[Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)

[Consultar registros sanitarios](#)

Realizar reportes en línea de eventos adversos

- [Farmacovigilancia](#)
- [Reactivovigilancia](#)
- [Tecnovigilancia](#)

www.invima.gov.co



Línea anticorrupción: (601) 242 5040
denunciasanticorruptcion@invima.gov.co

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 # 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 # 64 - 60 PBX: (601) 242 5000 - Bogotá