



Alerta Sanitaria

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 108-2026
Bogotá, 27 Abril 2026

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Needle

Nombre del producto: BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Needle

Registro sanitario: 2019DM-0019344

Presentación comercial: Caja por 100 y 1 000 unidades.

Titular del registro: Becton Dickinson de Colombia Ltda.

Fabricante(s) / Importador(es): Becton Dickinson and Company (BD) - Berpu Medical Technology Co., Ltd. / Becton Dickinson de Colombia Ltda.

Referencia(s) / Código(s): 300017

Lote(s) / Serial(es): 5212927

Fuente de la alerta: ANVISA "Agência Nacional De Vigilância Sanitária"

Url fuente de la alerta: <https://acortar.link/exA0DY>

No. Identificación interno: DR2604-00269

Descripción del caso

En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos:

[DR2604-00269 BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ MULTIPLE SAMPLE NEEDLE.pdf](#)

Fabricante Becton Dickinson identificó una discrepancia en el etiquetado de los paquetes, ya que

el envase principal indica incorrectamente 21G, mientras que el producto real corresponde a una aguja de 18G, lo que puede aumentar el riesgo de molestias o dolor durante la inyección debido al mayor diámetro de la aguja.

Indicaciones y uso establecido

Aguja para toma y recolección de sangre, para toma sencilla y/o múltiple, compatible con el sistema de recolección al vacío.

Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto referenciado comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.
2. Para verificar si el producto que usted está utilizando cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte o a través de este enlace: <https://bit.ly/3kXpmyk>
3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace: <https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/faces/faces/index.xhtml>

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud

1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y que le indique el plan de acción a seguir; en caso de no lograrlo, póngase en contacto con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

1. Comuníquese con el importador para que le indique el plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa de los eventos e incidentes que involucren el producto referenciado y se notifiquen al Invima.

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.



- [Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
- [Consultar registros sanitarios](#)

www.invima.gov.co



Línea anticorrupción: (601) 242 5040
denunciasanticorrupcion@invima.gov.co

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

 Oficina Principal: Cra 10 # 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 # 64 - 60  PBX: (601) 242 5000 - Bogotá