



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	BOTELLAS BACTALERT FA PLUS Y BACTALERT PF PLUS.
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-06-10-13
LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	1033291 y 1033633
REGISTRO SANITARIO	2012RD-0002316
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación de los diferentes analitos presentes en muestras procedentes del organismo humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Biomerieux S.A.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presentan resultados falsos positivos.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Flacons-BacT-ALERT-FA-PLUS-et-BacT-ALERT-PF-PLUS-Biomerieux-Retrait-de-lots
FECHA DE NOTIFICACION	31 de octubre de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co

